

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

03/27/2019 14:15:25 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1823030

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2407051  
**Nº SO:** 2197361  
**NF Cliente/Cust.** 32594 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 03/26/2019 15:14:58 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

| SO Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                   | No. Lote do Cliente |
|-----------|----------|-----|----------------------|---|---------------------|
| SO Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                           | Customer Lot Number |
| 102       | 103.0000 | PT  | 4110.0110            | PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R -<br>Lote:SDATL90205 | SDATL90205          |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima     | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario            | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec      | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | User               | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 5.00 kGy          | 40.00 kGy     | 12.10     | Pass         | JINACIO            | 03/27/2019 12:52:08 GMT |
|        |                                | Reason Code Teste |               |           |              | JOICE SILVA INACIO |                         |
| 450.00 | Dose Minima                    | 5.00 kGy          | 40.00 kGy     | 7.46      | Pass         | JINACIO            | 03/27/2019 12:52:19 GMT |
|        |                                | Reason Code Teste |               |           |              | JOICE SILVA INACIO |                         |

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. SIMONE SOARES DA SILVA  
Por:

Data/Date: 03/27/2019 13:25:16 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço