

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/19/2019 19:43:16 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1924651**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2460256**
Nº SO: **2259349**
NF Cliente/Cust. **33501 1**

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **06/18/2019 15:54:52 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

| SO Linha | Qtd | UN | No. Item do Cliente | Descrição do Item | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|---|---------------------|
| SO Line # | Qty | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description | Customer Lot Number |
| 102000 | 103.0000 | PT | 4110.0110 | PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL90210 | SDATL90210 |

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario | Data/Hora |
|--------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Op# | Quality Test Description | Minimum Spec | Maximum Spec | Result | Pass/Fail | User | Date /Time |
| 450.00 | Dose Maxima | 5,00 kGy | 40,00 kGy | 11,22 | Pass | JINACIO | 06/19/2019 18:56:30 GMT |
| | | Reason Code Teste | | | | JOICE SILVA INACIO | |
| 450.00 | Dose Minima | 5,00 kGy | 40,00 kGy | 7,20 | Pass | JINACIO | 06/19/2019 18:56:45 GMT |
| | | Reason Code Teste | | | | JOICE SILVA INACIO | |

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **EDUARDO SANTANA GONCALVES**
Por:

Data/Date: 06/19/2019 19:36:50 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**