

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/17/2019 17:21:25 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **1963247**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2478325**
Nº SO: **2279794**
NF Cliente/Cust. **33816 1**

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **07/16/2019 14:46:47 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	152.0000	PT	4178.0010	PLACA R2A OXOID 90X15 (PT C/10 - Lote:R2AO90109	R2AO90109
104000	103.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL90212	SDATL90212

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	11,35	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	07/17/2019 13:53:38 GMT
450.00	Dose Minima	5,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	6,76	Pass	JINACIO JOICE SILVA INACIO	07/17/2019 13:53:49 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **EDUARDO SANTANA GONCALVES**
Por:

Data/Date: 07/17/2019 17:00:49 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**