

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

09/16/2019 14:05:41 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2081890

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2515946
Nº SO: 2323703
NF Cliente/Cust. 34428 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 09/13/2019 13:09:15 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	103.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL90216	SDATL90216
104	93.0000	PT	4046.0141	PLACA DRBC 140X15 (PT C/10) - Lote:DRBC90805	DRBC90805
105	136.0000	PT	4064.0010	PLACA R2A PPU (PCT 10) - Lote:R2A90110	R2A90110
106	122.0000	PT	4012.0010	PLACA PCA 90X15 (PT C/10) - Lote:PCA90111	PCA90111

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	13.64	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/13/2019 17:42:36 GMT
450.00	Dose Minima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	7.62	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	09/13/2019 17:42:54 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO

Data/Date: 09/13/2019 18:25:33 GMT

Por:

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço