

# Certificado de Análise

**BIOCEN** DO BRASIL



**Produto: Fluido Tioglicolato.**

**Código: 4073.0011**

**Lote: THIO 110004**

**Tubo de 15ml com 10ml.**

**Fabricação: 16 / 06 / 2023    Vencimento: 16 / 09 / 2023**

**Laudo: 231182**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	<b>Conforme</b>	
Transparência	Ligeiramente opalescente.	<b>Conforme</b>	
Textura	Líquido.	<b>Conforme</b>	
Homogeneidade	Heterogêneo.	<b>Conforme</b>	
<b>Esterilidade</b>			
14 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>	
<b>pH</b>	7,10 ± 0,20	<b>7,14</b>	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	<b>38 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	<b>44 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	<b>34 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	<b>13 UFC</b>	<b>Conforme</b>

**Referência:** Agar Tripton de Soja para bactérias, RCM para *Clostridium. sporogenes*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 30 / 06 / 2023**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br