

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido Tioglicolato.

Código: 4073.0010

Lote: THIO 360004

Tubos com 10 ml.

Fabricação: 18 / 05 / 2020

Vencimento: 18 / 08 / 2020

Laudo: 200612

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme	
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
14 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,10 ± 0,20	7,11	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	18 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	25 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	18 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	17 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes*

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 01 / 06 / 2020

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br