

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido Tioglicolato.

Código: 4073.0010

Lote: THIO 360005

Tubos com 10 ml.

Fabricação: 22 / 07 / 2020

Vencimento: 22 / 10 / 2020

Laudo: 200946

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Líquido.	Conforme
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme

Esterilidade

14 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
-------------------------	--------------------------	-----------------

pH	7,10 ± 0,20	7,05
-----------	-------------	-------------

Viabilidade

	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	23 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	32 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	18 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	17 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes*

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 05 / 08 / 2020

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br