

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Fluido Tioglicolato.**

**Código: 4073.0500**

**Lote: THIO 460004**

**Frasco de 500ml c/ 400ml.**

**Fabricação: 06 / 11 / 2021**

**Vencimento: 06 / 02 / 2022**

**Laudo: 211916**

## ENSAIO

## REQUISITO

## RESULTADO

### Aspecto

Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	<b>Conforme</b>
Transparência	Ligeiramente opalescente.	<b>Conforme</b>
Textura	Líquido.	<b>Conforme</b>
Homogeneidade	Heterogêneo.	<b>Conforme</b>

### Esterilidade

14 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>
-------------------------	--------------------------	-----------------

<b>pH</b>	7,10 ± 0,20	<b>7,05</b>
-----------	-------------	-------------

### Viabilidade

#### Inóculo

#### Média da Referência

#### Crescimento Visível

<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	<b>46 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	<b>28 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	<b>25 UFC</b>	<b>Conforme</b>
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	<b>16 UFC</b>	<b>Conforme</b>

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes*

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**

**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 22 / 11 / 2021**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br