

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Fluido Tioglicolato.**

**Código: 4073.0041**

**Lote: THIO 730001**

**Frasco tampa com lacre  
de 125ml com 40ml.**

**Fabricação: 12 / 02 / 2020**

**Vencimento: 12 / 05 / 2020**

**Laudos: 200157**

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
<b>Aspecto</b>			
Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme	
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme	
<b>Esterilidade</b>			
14 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
<b>pH</b>	7,10 ± 0,20	7,21	
<b>Viabilidade</b>	<b>Inóculo</b>	<b>Média da Referência</b>	<b>Crescimento Visível</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	26 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	30 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	22 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	25 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	44 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	15 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes* e Agar Sabouraud Dextrose para *C. albicans* e *A. brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 26 / 02 / 2020**

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br