

Certificado de Análise



Produto: Fluido Tioglicolato.

Código: 4073.0125

Lote: THIO 740001

Frasco Tampa Rosca de 125ml com 100ml.

Fabricação: 09 / 03 / 2020

Vencimento: 09 / 06 / 2020

Laudos: 200281

ENSAIO	REQUISITO		RESULTADO
Aspecto			
Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.		Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.		Conforme
Textura	Líquido.		Conforme
Homogeneidade	Heterogêneo.		Conforme
Esterilidade			
14 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.		Conforme
pH	7,10 ± 0,20		7,20
Viabilidade			
	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	46 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	45 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	28 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	21 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	47 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	13 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes* e Agar Sabouraud Dextrose para *C. albicans* e *A. brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 23 / 03 / 2020

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br