

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido Tioglicolato.

Código: 4073.0084

Lote: THIO 840012

Tubo 20X200mm c/ 15ml.

Fabricação: 07 / 01 / 2022

Vencimento: 09 / 04 / 2022

Laudos: 220055

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Líquido.	Conforme
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme

Esterilidade

14 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
-----------------------------	--------------------------	-----------------

pH	$7,10 \pm 0,20$	7,15
-----------	-----------------	-------------

Viabilidade

Inóculo

Média da Referência

Crescimento Visível

<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	40 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	30 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	19 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	14 UFC	Conforme

Referência: Agar Tripton de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 21 / 01 / 2022

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br