

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido Tioglicolato.

Código: 4073.0250

Lote: THIO 92111

**Frasco com tampa lacre
de 250ml com 100 ml.**

Fabricação: 03 / 12 / 2019

Vencimento: 03 / 03 / 2020

Laudo: 191380

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme	
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme	
Esterilidade			
14 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	$7,10 \pm 0,20$	7,18	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	26 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	20 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	17 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	18 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	33 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	14 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes* e Agar Sabouraud Dextrose para *C. albicans* e *A. brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 17 / 12 / 2019

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br