

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido Tioglicolato.

Código: 4073.0010

Lote: THIO 93606

Tubos com 10 ml.

Fabricação: 17 / 10 / 2019

Vencimento: 17 / 01 / 2020

Laudo: 191180

ENSAIO

REQUISITO

RESULTADO

Aspecto

Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Líquido.	Conforme
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme

Esterilidade

14 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme
-------------------------	--------------------------	----------

pH	7,10 ± 0,20	7,18
----	-------------	------

Viabilidade

Inóculo

Média da Referência

Crescimento Visível

<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	30 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	29 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	25 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	31 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	26 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	14 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes* e Agar Sabouraud Dextrose para *C. albicans* e *A. brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta

Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 31 / 10 / 2019

Rua Pedro Stancato, nº 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br