

Certificado de Análise

BIOCEN DO BRASIL



Produto: Fluido Tioglicolato com 1% de Tween 80.

Código: 4095.0020

Lote: THIOT 110002

Frasco com selo de alumínio de 20ml com 09 ml.

Fabricação: 18 / 02 / 2020

Vencimento: 18 / 05 / 2020

Laudos: 200186

ENSAIO	REQUISITO	RESULTADO	
Aspecto			
Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme	
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme	
Textura	Líquido.	Conforme	
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme	
Controle Negativo			
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	Conforme	
pH	7,10 ± 0,20	7,13	
Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≤ 100 UFC	19 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≤ 100 UFC	26 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≤ 100 UFC	21 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	≤ 100 UFC	15 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≤ 100 UFC	25 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≤ 100 UFC	15 UFC	Conforme

Referência: Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes* e Agar Sabouraud Dextrose para *C. albicans* e *A. brasiliensis*.

Armazenamento: Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

Wellington da Matta
Responsável Técnico – CRF_SP 60.553

Produto liberado para uso em: 24 / 02 / 2020

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br