

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Fluido Tioglicolato com 1% de Tween 80.**

**Código: 4095.0020**

**Lote: THIOT 81101**

**Frasco com selo de alumínio de 20ml com 09 ml.**

**Fabricação: 04 / 01 / 18**

**Vencimento: 04 / 04 / 18**

**Laudos: 180023**

## ENSAIO

## REQUISITO

## RESULTADO

### Aspecto

Cor	Amarelado com uma camada superior rosa.	Conforme
Transparência	Ligeiramente opalescente.	Conforme
Textura	Líquido.	Conforme
Homogeneidade	Heterogêneo.	Conforme

### Controle Negativo

5 dias a $32,5 \pm 2,5$ °C	Ausência de crescimento.	Conforme
----------------------------	--------------------------	----------

pH	$7,10 \pm 0,20$	7,15
----	-----------------	------

Viabilidade	Inóculo	Média da Referência	Crescimento Visível
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	$\leq 100$ UFC	31 UFC	Conforme
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	$\leq 100$ UFC	19 UFC	Conforme
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	$\leq 100$ UFC	17 UFC	Conforme
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	$\leq 100$ UFC	17 UFC	Conforme
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	$\leq 100$ UFC	23 UFC	Conforme
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	$\leq 100$ UFC	17 UFC	Conforme

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias, RCM para *C. sporogenes* e Agar Sabouraud Dextrose para *C. albicans* e *A. brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 18 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 09 / 01 / 2018**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br