

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

06/10/2020 19:37:11 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2844668**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2680256**
 Nº SO: **2518266**
 NF Cliente/Cust. **37283 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 06/05/2020 12:42:00 GMT
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: CELL A
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010096	TSAT010096
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010097	TSAT010097
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020113	MTAR020113
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020114	MTAR020114
107	629.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP020011	MCTAP020011
108	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA010007	TSA010007
109	429.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P.T - Lote:TSARM020007	TSARM020007
110	320.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X - Lote:TSARIO20004	TSARIO20004
111	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB660008	BTSB660008
112	100.0000	PT	4004.0150	TSA - PLACA 150X15 (PT C/02) - Lote:TSA080001	TSA080001

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	28.85	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/08/2020 11:54:35 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	19.71	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	06/08/2020 11:55:08 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **EDUARDO SANTANA GONCALVES**
 Por:

Data/Date: 06/08/2020 13:19:28 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço