

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

08/10/2020 20:30:10 GMT
Page 1 of 2
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3088316

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2718026
Nº SO: 2564078
NF Cliente/Cust. 38004 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 08/07/2020 16:44:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020171
104	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020172
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010149
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010150
107	420.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSA010011
108	154.0000	PT	4004.0100	TSA EM PLACA CASSETE (PT C/10) - Lote:TS	TSA040002
109	418.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT C/10) - Lote:TS	TSARM020011
110	180.0000	PT	4097.0010	TSAP - AGAR TSA + PENASE PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSAP010011
111	145.0000	PT	4104.0010	YPD - AGAR EXT.LEV PEP DEXT PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:YP	YPD010004
112	525.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB010014
113	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X10 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB020021
114	540.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM TUBO DE 25ML COM 15ML - Lote:TS	TSBPB810012
115	41500.0000	UN	5154.0250	SPOUCH PIC 145.250 IR P AGAR - Lote:20	20 1285

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.97	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	08/10/2020 14:23:44 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.05	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	08/10/2020 14:24:18 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 08/10/2020 18:24:52 GMT

Electronically Signed

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

08/10/2020 20:30:10 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3088316

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2718026
Nº SO: 2564078
NF Cliente/Cust. 38004 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

08/07/2020 16:44:00 GMT
CELL A

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço