

# Certificado de Análise

**BIOCEN DO BRASIL**



**Produto: Agar TSA em Tubo Cônico Graduado.**

**Código: 4079.0051**

**Lote: TSA 97201**

**Tubo Cônico Graduado  
de 50ml com 20ml.**

**Fabricação: 24 / 06 / 2019**

**Vencimento: 24 / 09 / 2019**

**Laudo: 190652**

<b>ENSAIO</b>	<b>REQUISITO</b>	<b>RESULTADO</b>		
<b>Aspecto</b>				
Cor	Âmbar.	<b>Conforme</b>		
Transparência	Ligeiramente opalescente.	<b>Conforme</b>		
Textura	Gelatinoso.	<b>Conforme</b>		
Homogeneidade	Homogêneo.	<b>Conforme</b>		
<b>Esterilidade</b>				
5 dias a 32,5 ± 2,5 °C	Ausência de crescimento.	<b>Conforme</b>		
<b>pH</b>	7,30 ± 0,20	<b>7,24</b>		
<b>Viabilidade</b>	<b>Especificação</b>	<b>Média do Lote</b>	<b>Média Referência</b>	<b>Recuperação</b>
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	≥ 70%	<b>26 UFC</b>	<b>26 UFC</b>	<b>98 %</b>
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	≥ 70%	<b>38 UFC</b>	<b>40 UFC</b>	<b>96 %</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 9027	≥ 70%	<b>24 UFC</b>	<b>27 UFC</b>	<b>91 %</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 8739	≥ 70%	<b>25 UFC</b>	<b>26 UFC</b>	<b>96 %</b>
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	≥ 70%	<b>24 UFC</b>	<b>26 UFC</b>	<b>92 %</b>
<i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404	≥ 50%	<b>14 UFC</b>	<b>15 UFC</b>	<b>97 %</b>

**Inóculo:** tanto para as placas deste lote como para as placas de referência o inóculo foi ≤ 100 UFC (unidade formadora de colônia).

**Referência:** Agar Triptona de Soja para bactérias e Agar Sabouraud Dextrose para *Candida albicans* e *Aspergillus brasiliensis*.

**Armazenamento:** Armazenar entre 2 e 25 °C sob proteção de luz direta.

**Wellington da Matta**  
**Responsável Técnico – CRF\_SP 60.553**

**Produto liberado para uso em: 01 / 07 / 2019**

Rua Pedro Stancato, n° 690, Campos dos Amarais, CEP:13.082-050, Campinas SP  
Fone/Fax: 19 3246-1697, E-mail: atendimento@biocendobrasil.com.br, Home: www.biocendobrasil.com.br