

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

08/06/2020 19:45:44 GMT  
Page 1 of 1
**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 3076702

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**
**Nº WO:** 2716496  
**Nº SO:** 2562183  
**NF Cliente/Cust.** 37985 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 08/05/2020 14:15:00 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010146
104	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010147
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010148
106	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010037
107	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020168
108	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020169
109	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020170
110	540.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM TUBO DE 25ML COM 15ML - Lote:TS	TSBPB810011
111	64.0000	PT	4129.0010	PLACA TSA+BETALACTAMASE 90X15(PT C/10) - Lote:TS	TSAB010005
112	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:BE	BETAP010017
113	629.0000	PT	4065.0110	MCTAP - AGAR MCTA+PENASE PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAP020014

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By ----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	34.28	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	08/06/2020 11:50:45 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.01	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	08/06/2020 11:51:38 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.  
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN  
 Por:

Data/Date: 08/06/2020 14:40:39 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço