

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

11/26/2020 21:15:53 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **3392481**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2785327**
Nº SO: **2645819**
NF Cliente/Cust. **39251 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **11/25/2020 13:52:55 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010201
104	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010202
105	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020266
106	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020267
107	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010063
108	440.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010064
109	525.0000	PT	4130.0010	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB010021
110	629.0000	PT	4130.0110	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB020033
111	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020268
112	500.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA TB VIDRO 20X125MM C 15ML - Lote:TS	TSBPB810016
113	64.0000	PT	4129.0010	TSAB - AGAR TSA+BETALACTAMASEPL 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSAB010007

Resumo - Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição - Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	36.00	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	11/26/2020 11:54:20 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.39	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	11/26/2020 11:54:41 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
Por:

Data/Date: 11/26/2020 12:45:34 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

11/26/2020 21:15:53 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3392481

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2785327
Nº SO: 2645819
NF Cliente/Cust. 39251 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

11/25/2020 13:52:55 GMT
CELL A