

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

08/23/2018 12:51:23 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente:	BIOCEN DO BRASIL LTDA	Planta de Processo:	Cotia	Nº WO:	2268716
Customer Name:		Processing Facility:		Nº SO:	2032984
Nº P.O.	1626918			NF Cliente/Cust.	30463 1
5 - 40 kGy		Tratamento Gama		Data/Hora - Irradiação:	08/21/2018 15:48:33 GMT
				Irradiation Date/Time:	
				Irradiação - Célula:	CELL A
				Irradiation Cell:	

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	123.0000	PT	4156.0010	PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC80109	TSAC80109
104	84.0000	PT	4012.0010	PLACA PCA 90X15 (PT C/10) - Lote:PCA80110	PCA80110
105	123.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD80110	YPD80110

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	7.98	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	08/21/2018 18:43:45 GMT
450.00	Dose Maxima	5.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	13.57	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	08/21/2018 18:44:06 GMT

DOSAGEM 05 A40 KGY-PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:

Data/Date: 08/21/2018 19:11:05 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço