

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

04/26/2019 13:58:14 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1858372**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2426149**  
Nº SO: **2220227**  
NF Cliente/Cust. **32927 1**

**5 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **04/25/2019 14:04:45 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	100.0000	PT	4012.0010	PLACA PCA 90X15 (PT C/10) - Lote:PCA90106	PCA90106
103000	100.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD90104	YPD90104
104000	100.0000	PT	4156.0010	PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC90104	TSAC90104

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	7,27	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	04/26/2019 11:29:43 GMT
450.00	Dose Máxima	5,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	12,34	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	04/26/2019 11:29:59 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: 04/26/2019 12:21:37 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**