

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

06/05/2019 14:30:09 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1909269

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2451113  
**Nº SO:** 2248988  
**NF Cliente/Cust.** 33358 1

5 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 06/04/2019 14:56:18 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102000	123.0000	PT	4104.0010	PLACA YPD 90X15 (PT C/10) - Lote:YPD90105	YPD90105
103000	123.0000	PT	4156.0010	PLACA TSA COM ACTIDIONA 90X15 - Lote:TSAC90105	TSAC90105

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	5,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	7,05	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	06/05/2019 11:50:35 GMT
450.00	Dose Máxima	5,00 kGy Reason Code Teste	40,00 kGy	12,23	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	06/05/2019 11:50:50 GMT

DOSAGEM DE 05 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
Por:

Data/Date: 06/05/2019 12:59:13 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço