

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

09/27/2018 20:22:32 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1647650**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2292439**  
Nº SO: **2061511**  
NF Cliente/Cust. **30857 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **09/26/2018 12:45:32 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	40.0000	PT	4136.0010	PLACA TSA COM INIBIDORES 90X15 - Lote: TSAI80108	TSAI80108

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.75	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	09/26/2018 18:33:37 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	16.58	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	09/26/2018 18:33:53 GMT

DOSAGEM 15 A 40 KGY URGENTE PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: 09/27/2018 19:43:43 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**