

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

03/20/2020 0:18:04 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2579042**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2632666**
 Nº SO: **2460668**
 NF Cliente/Cust. **36431 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **03/18/2020 16:16:00 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: **CELL A**
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	84.0000	PT	4065.0010	PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP010003	MCTAP010003
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020050	MTAR020050
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020051	MTAR020051
106	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010010	MTA010010
107	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010011	MTA010011
108	533.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB810004	TSBPB810004
109	515.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB010003	MCTAB010003
110	115.0000	PT	4046.0010	PLACA DRBC 90X15 (PT C/10) - Lote:DRBC010003	DRBC010003
111	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010006	BETAP010006
112	56.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP010004	TSAP010004
113	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020052	MTAR020052
114	423.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM020004	TSARM020004

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	31.81	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/19/2020 11:59:30 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.44	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	03/19/2020 12:00:05 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
 Por:

Data/Date: 03/19/2020 14:36:15 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

03/20/2020 0:18:04 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2579042

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2632666
Nº SO: 2460668
NF Cliente/Cust. 36431 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

03/18/2020 16:16:00 GMT

CELL A