

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

04/30/2020 14:32:34 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.:** 2718383

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2658407  
**Nº SO:** 2491630  
**NF Cliente/Cust.:** 36882 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 04/29/2020 14:15:00 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020083	MTAR020083
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020084	MTAR020084
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010073	TSAT010073
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010074	TSAT010074
107	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010075	TSAT010075
108	440.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP010006	TSAP010006
109	629.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP020007	MCTAP020007
110	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020085	MTAR020085

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.92	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/30/2020 11:42:52 GMT
450.00	Dose Máxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.59	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/30/2020 11:43:48 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN  
Por:

Data/Date: 04/30/2020 11:53:07 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço