

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/03/2020 0:19:12 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2930477**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2695511**
 Nº SO: **2537262**
 NF Cliente/Cust. **37611 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **07/01/2020 17:37:33 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula:
 Irradiation Cell: **CELL A**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	12500.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:20-1045	20 1045
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010112	TSAT010112
105	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020137	MTAR020137
106	629.0000	PT	4004.0110	PLACA TSA R 60X10 (PT C/10) - Lote:TSAR020004	TSAR020004
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020138	MTAR020138
108	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020139	MTAR020139
109	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010030	MTA010030
110	440.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP010009	TSAP010009
111	152.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP010010	TSAP010010
112	1.0000	CJ	4101.0021	CALDO CASEINA IRRADIADO RAO G - Lote:BTSB660009	BTSB660009

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	31.41	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/02/2020 11:37:30 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.29	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/02/2020 11:37:58 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
 Por:

Data/Date: 07/02/2020 11:59:11 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço