

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

12/17/2020 21:18:50 GMT
Page 1 of 2
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3395805

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2798060
Nº SO: 2660906
NF Cliente/Cust. 39553 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 12/16/2020 12:20:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	110000.0000	UN	5153.0290	SPOUCH PIC 180.290 IR P AGAR - Lote:20	20 2123
104	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020284
105	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020285
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010214
107	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010215
108	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010216
109	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010217
110	180.0000	PT	4097.0010	TSAP - AGAR TSA + PENASE PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSAP010019
111	215.0000	PT	4110.0010	SDATL - SDA + LEC. + TWEEN80 PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:SD	SDATL010006
112	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020286
113	629.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR020287
114	229.0000	PT	4110.0110	SDATL - SDA + LEC. + TWEEN80 PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:SD	SDATL020008

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.59	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/17/2020 12:54:32 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	15.37	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	12/17/2020 12:55:15 GMT

DOSAGEM DE 15 A 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN
 Por:

Data/Date: 12/17/2020 14:00:36 GMT

 Electronically Signed
 By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

12/17/2020 21:18:50 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3395805

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2798060
Nº SO: 2660906
NF Cliente/Cust. 39553 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

12/16/2020 12:20:00 GMT
CELL A