

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

05/17/2018 15:20:21 GMT  
Page 1 of 1

<b>Nome Cliente:</b>	<b>BIOCEN DO BRASIL LTDA</b>	<b>Planta de Processo:</b>	<b>Cotia</b>	<b>Nº WO:</b>	<b>2205164</b>
<b>Customer Name:</b>		<b>Processing Facility:</b>		<b>Nº SO:</b>	<b>1956802</b>
<b>Nº P.O.</b>	<b>1329567</b>			<b>NF Cliente/Cust.</b>	<b>29221 1</b>
<b>20 - 40 kGy</b>		<b>Tratamento Gama</b>		<b>Data/Hora - Irradiação:</b>	<b>05/15/2018 14:50:00 GMT</b>
				<b>Irradiation Date/Time:</b>	
				<b>Irradiação - Célula:</b>	<b>CELL B</b>
				<b>Irradiation Cell:</b>	

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4097.0010	PLACA TSA C/ PENASE 90X15 (PT - Lote:TSAP80110	TSAP80110
103	532.0000	PT	4065.0110	PLACA MCTA+PENASE 60X10 (PT C/ - Lote:MCTAP80211	MCTAP80211
104	317.0000	PT	4065.0010	PLACA MCTA+PENASE 90X15 (PT C/ - Lote:MCTAP80104	MCTAP80104

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.87	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	05/17/2018 13:03:34 GMT
450.00	Dose Maxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	32.69	Pass	TDESOUZA THAYNY APARECIDA DE SOUZA	05/17/2018 13:04:53 GMT

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO  
Por:

Data/Date: 05/17/2018 13:24:29 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço