

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

11/29/2019 0:18:15 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2248136

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2565764
Nº SO: 2381293
NF Cliente/Cust. 35242 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 11/27/2019 15:49:05 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901170	TSAT901170
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902229	MTAR902229
105	515.0000	PT	4004.0110	PLACA TSA R 60X10 (PT C/10) - Lote:TSAR90208	TSAR90208
106	420.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA90120	TSA90120
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902230	MTAR902230
108	418.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM90213	TSARM90213
109	460.0000	PT	4130.0010	PLACA MCTA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:MCTAB90122	MCTAB90122
110	103.0000	PT	4110.0110	PLACA SDA + LECITINA + TWEEN R - Lote:SDATL90222	SDATL90222
111	112.0000	PT	4178.0010	PLACA R2A OXOID 90X15 (PT C/10 - Lote:R2AO90115	R2AO90115

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	36.81	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	11/28/2019 11:56:18 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.67	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	11/28/2019 11:56:36 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGy URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
 Por:

Data/Date: 11/28/2019 14:08:30 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço