

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

12/16/2019 19:00:43 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **2287970**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2576245**  
Nº SO: **2393160**  
NF Cliente/Cust. **35470 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **12/13/2019 15:09:38 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902241	MTAR902241
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902242	MTAR902242
105	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA90142	MTA90142
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT901174	TSAT901174
107	629.0000	PT	4232.0110	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP90205	BETAP90205
108	333.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP90105	BETAP90105
109	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR902243	MTAR902243
110	160.0000	PT	4046.0010	PLACA DRBC 90X15 (PT C/10) - Lote:DRBC90104	DRBC90104
111	411.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P - Lote:TSARM90215	TSARM90215
112	114.0000	PT	4004.0110	PLACA TSA R 60X10 (PT C/10) - Lote:TSAR90209	TSAR90209

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	34.84	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	12/16/2019 11:50:36 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.14	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	12/16/2019 11:51:00 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**  
**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: 12/16/2019 14:15:18 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**