



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

06/23/2025 19:02:32 GMT
 Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 N° P.O. **3447185**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

N° WO: **3785098**
 N° SO: **3835150**
 NF Cliente/Cust. **66164 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 06/20/2025 15:18:19 GMT
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: CELL A
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	824.0000	PT	4136.0010	TSAI - AGAR MCTA+TIOS.+L.HISTPL 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAI010061
103	1354.0000	PT	4136.0110	TSARI - AGAR MCTA+TIOS.+L.HIST PL RODAC (PT C/ 10) - Lote:TS	TSARI020057
104	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011350
105	824.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011351
106	1236.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011352

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

N° OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	29.73	Pass	RDAMASCENO RONIVAL SOUZA DAMASCENO	06/21/2025 04:10:40 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	18.88	Pass	RDAMASCENO RONIVAL SOUZA DAMASCENO	06/21/2025 04:12:10 GMT

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. LUCAS PAGANI
 Por:

Data/Date: 06/23/2025 16:58:08 GMT

Electronically Signed
 By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço