

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

08/21/2018 12:18:42 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **1625813**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2267184**  
Nº SO: **2030952**  
NF Cliente/Cust. **30433 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **08/17/2018 21:30:07 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: **CELL A**  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	115.0000	PT	4136.0110	PLACA TSA R COM INIBIDORES 60X - Lote:TSARI80208	TSARI80208

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	34.91	Pass	JINACIO	08/21/2018 12:04:47 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	21.80	Pass	TDESOUZA	08/21/2018 12:07:11 GMT
		Reason Code Teste				THAYNY APARECIDA DE SOUZA	

DOSAGEM 15 A40 KGY-PRODUTO URGENTE PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**  
Por:

Data/Date: **08/21/2018 12:13:39 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**