

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

02/24/2020 17:30:09 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2493679**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2616589**
 Nº SO: **2441416**
 NF Cliente/Cust. **36130 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **02/21/2020 15:34:08 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula:
 Irradiation Cell: **CELL A**

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020035	MTAR020035
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020036	MTAR020036
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010029	TSAT010029
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010030	TSAT010030
107	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010031	TSAT010031
108	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010032	TSAT010032
109	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA010002	TSA010002
110	423.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM020002	TSARM020002
111	65.0000	PT	4046.0010	PLACA DRBC 90X15 (PT C/10) - Lote:DRBC010002	DRBC010002
112	567.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB810003	TSBPB810003
113	30.0000	PT	4129.0010	PLACA TSA+BETALACTAMASE 90X15 - Lote:TSAB010001	TSAB010001
114	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010003	BETAP010003
115	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010004	BETAP010004
116	629.0000	PT	4232.0110	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP020002	BETAP020002

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.34	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	02/22/2020 14:09:28 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.39	Pass	VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN	02/22/2020 14:09:43 GMT

DOSAGEM 15 A 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

02/24/2020 17:30:09 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2493679

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2616589
Nº SO: 2441416
NF Cliente/Cust. 36130 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

02/21/2020 15:34:08 GMT
CELL A

Por:

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço