

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

07/07/2020 0:26:32 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**  
Customer Name:  
Nº P.O. **2938628**

Planta de Processo: **Cotia**  
Processing Facility:

Nº WO: **2697198**  
Nº SO: **2538983**  
NF Cliente/Cust. **37622 1**

**15 - 40 kGy**

**Tratamento Gama**

Data/Hora - Irradiação: **07/03/2020 13:48:00 GMT**  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula:  
Irradiation Cell: **CELL A**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020140	MTAR020140
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020141	MTAR020141
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010113	TSAT010113
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010114	TSAT010114
107	540.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB810009	TSBPB810009
108	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA010009	TSA010009
109	629.0000	PT	4232.0110	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP020007	BETAP020007
110	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010115	TSAT010115
111	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010116	TSAT010116
112	423.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM020009	TSARM020009

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	32.64	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/06/2020 14:07:12 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.53	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/06/2020 14:07:38 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**  
Por:

Data/Date: **07/06/2020 16:00:42 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**