

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/28/2020 0:21:54 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **3030900**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2709554**
Nº SO: **2553333**
NF Cliente/Cust. **37839 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **07/24/2020 13:00:00 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020157	MTAR020157
104	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020158	MTAR020158
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 - Lote:TSAT010135	TSAT010135
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 - Lote:TSAT010136	TSAT010136
107	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TSA010010	TSA010010
108	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010034	MTA010034
109	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 - Lote:TSAT010137	TSAT010137
110	423.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT - Lote:TSARM020010	TSARM020010
111	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020159	MTAR020159
112	13500.0000	UN	5157.0020	SS GEL 20 IR P AGAR - Lote:20-1211	20 1211

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.93	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/27/2020 12:01:06 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.75	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/27/2020 12:01:55 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
Por:

Data/Date: **07/27/2020 13:30:17 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**