

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

11/25/2024 19:45:54 GMT
 Page 1 of 1

Nome Cliente:	BIOCEN DO BRASIL LTDA	Planta de Processo:	Cotia	Nº WO:	3664949
Customer Name:		Processing Facility:		Nº SO:	3688768
Nº P.O.	3441445			NF Cliente/Cust.	62371 1
15 - 40 kGy		Tratamento Gama		Data/Hora - Irradiação:	11/22/2024 14:35:08 GMT
				Irradiation Date/Time:	
				Irradiação - Célula:	CELL A
				Irradiation Cell:	

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	618.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011264
102	453.0000	PT	4136.0010	TSAI - AGAR MCTA+TIOS.+L.HISTPL 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAI010053
104	629.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P T C/10) - Lote:TS	TSARM020105
105	629.0000	PT	4008.0010	TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(P T C/10) - Lote:TS	TSARM020106
106	647.0000	PT	4212.0110	TS4N - AGAR MCTA+HIS+TIO+PIR PL RODAC (PTC/10) - Lote:TS	TS4N020117
107	647.0000	PT	4212.0110	TS4N - AGAR MCTA+HIS+TIO+PIR PL RODAC (PTC/10) - Lote:TS	TS4N020118
108	194.0000	PT	4110.0110	SDATL - SDA + LEC. + TWEEN80 PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:SD	SDATL020030
109	647.0000	PT	4136.0110	TSARI - AGAR MCTA+TIOS.+L.HIST PL RODAC (PT C/ 10) - Lote:TS	TSARI020049

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy	40.00 kGy	30.02	Pass	MDESENA	11/25/2024 11:11:16 GMT
		Reason Code Teste				MARCIO SILVA DE SENA	
450.00	Dose Minima	15.00 kGy	40.00 kGy	19.78	Pass	MDESENA	11/25/2024 11:11:51 GMT
		Reason Code Teste				MARCIO SILVA DE SENA	

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. LUCAS PAGANI
 Por:

Data/Date: 11/25/2024 12:02:05 GMT

Electronically Signed
 By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço