

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com**

R58480102

01/24/2019 12:41:52 GMT  
Page 1 of 1

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 1746261

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 2365602  
**Nº SO:** 2149274  
**NF Cliente/Cust.** 31993 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

**Data/Hora - Irradiação:** 01/23/2019 12:49:58 GMT  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:** CELL A  
**Irradiation Cell:**

| SO<br>Linha  | Qtd      | UN  | No. Item do Cliente  | Descrição do Item                                   | No. Lote do Cliente |
|--------------|----------|-----|----------------------|---|---------------------|
| SO<br>Line # | Qty      | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description                           | Customer Lot Number |
| 102          | 418.0000 | PT  | 4008.0010            | TSA PLACA CONTATO MOD 60X15(PT -<br>Lote:TSARM90201 | TSARM90201          |

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

| Nº OP  | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima     | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario            | Data/Hora               |
|--------|--------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Op#    | Quality Test Description       | Minimum Spec      | Maximum Spec  | Result    | Pass/Fail    | User               | Date /Time              |
| 450.00 | Dose Maxima                    | 15.00 kGy         | 40.00 kGy     | 27.92     | Pass         | JINACIO            | 01/24/2019 10:39:16 GMT |
|        |                                | Reason Code Teste |               |           |              | JOICE SILVA INACIO |                         |
| 450.00 | Dose Minima                    | 15.00 kGy         | 40.00 kGy     | 15.62     | Pass         | JINACIO            | 01/24/2019 10:39:29 GMT |
|        |                                | Reason Code Teste |               |           |              | JOICE SILVA INACIO |                         |

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. SIMONE SOARES DA SILVA  
Por:

Data/Date: 01/24/2019 11:16:32 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço