

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

02/17/2020 19:00:53 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 2469269

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2612009
Nº SO: 2436027
NF Cliente/Cust. 36039 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 02/14/2020 15:47:14 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

| SO Linha | Qtd | UN | No. Item do Cliente | Descrição do Item | No. Lote do Cliente |
|-----------|----------|-----|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| SO Line # | Qty | UOM | Customer Item Number | Customer Item Description | Customer Lot Number |
| 102 | 440.0000 | PT | 4175.0010 | PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010020 | TSAT010020 |
| 104 | 440.0000 | PT | 4175.0010 | PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010021 | TSAT010021 |
| 105 | 440.0000 | PT | 4175.0010 | PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010022 | TSAT010022 |
| 106 | 440.0000 | PT | 4175.0010 | PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010023 | TSAT010023 |
| 107 | 629.0000 | PT | 4176.0110 | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020029 | MTAR020029 |
| 108 | 629.0000 | PT | 4176.0110 | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020030 | MTAR020030 |
| 109 | 629.0000 | PT | 4176.0110 | PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020031 | MTAR020031 |

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

| Nº OP | Descrição – Teste de Qualidade | Espec. Mínima | Espec. Máxima | Resultado | Aprov/Reprov | Usuario | Data/Hora |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Op# | Quality Test Description | Minimum Spec | Maximum Spec | Result | Pass/Fail | -----Signed By ----- User | Date /Time |
| 450.00 | Dose Maxima | 15.00 kGy Reason Code Teste | 40.00 kGy | 35.22 | Pass | VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN | 02/15/2020 11:42:28 GMT |
| 450.00 | Dose Minima | 15.00 kGy Reason Code Teste | 40.00 kGy | 22.28 | Pass | VSANTOS VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN | 02/15/2020 11:42:43 GMT |

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. JOICE SILVA INACIO
Por:

Data/Date: 02/17/2020 14:12:43 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço