

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

04/13/2020 20:31:30 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **2657914**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2646593**
Nº SO: **2477522**
NF Cliente/Cust. **36715 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **04/09/2020 13:04:49 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell: **CELL A**

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010061	TSAT010061
103	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010018	MTA010018
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010063	TSAT010063
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010062	TSAT010062
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020074	MTAR020074
108	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020073	MTAR020073
109	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020072	MTAR020072
110	17500.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:20-0566	20 0566
111	9000.0000	UN	5157.0020	SS GEL 20 IR P AGAR - Lote:20-0565	20 0565

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	32.76	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/13/2020 11:44:38 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	22.19	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	04/13/2020 11:45:07 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
Por:

Data/Date: **04/13/2020 14:24:24 GMT**

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**