

Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

05/25/2020 17:30:12 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **2787389**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **2672321**
 Nº SO: **2508304**
 NF Cliente/Cust. **37153 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **05/22/2020 15:35:00 GMT**
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: **CELL A**
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	25500.0000	UN	5157.0020	SS GEL 20 IR P AGAR - Lote:20-0834	20 0834
104	15000.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:20-0837	20 0837
105	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010012	BETAP010012
106	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010092	TSAT010092
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020103	MTAR020103
108	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020104	MTAR020104
109	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010023	MTA010023
110	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010013	BETAP010013
111	629.0000	PT	4130.0110	PLACA MCTAR+BETALACTAMASE 60X1 - Lote:MCTAB020015	MCTAB020015
112	90.0000	PT	4046.0010	PLACA DRBC 90X15 (PT C/10) - Lote:DRBC010007	DRBC010007
113	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020105	MTAR020105
114	43.0000	PT	4004.4913	TSA - PLACA 49X13 (PT C/10) - Lote:TSA050001	TSA050001

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	33.60	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	05/25/2020 12:47:16 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.44	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	05/25/2020 12:47:36 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **VANESSA DE CASSIA OLIVEIRA SAN**
 Por:

Date/Date: 05/25/2020 13:14:31 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço