

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/23/2020 21:15:09 GMT
Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
Customer Name:
Nº P.O. **3017916**

Planta de Processo: **Cotia**
Processing Facility:

Nº WO: **2707763**
Nº SO: **2551102**
NF Cliente/Cust. **37816 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: **07/22/2020 14:24:00 GMT**
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: **CELL A**
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	25000.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote:20-1189	20 1189
104	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010132	TSAT010132
105	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010133	TSAT010133
106	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020154	MTAR020154
107	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020155	MTAR020155
108	467.0000	UN	4145.0025	FRASCO CALDO LETHEEN 25 ML - Lote:CLET480009	CLET480009
109	367.0000	PT	4232.0010	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP010016	BETAP010016
110	629.0000	PT	4232.0110	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLA - Lote:BETAP020008	BETAP020008
111	440.0000	PT	4176.0010	PLACA MCTA 90X15 A 25 ° C (PT C - Lote:MTA010033	MTA010033
112	440.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 ° C (PT C/ - Lote:TSAT010134	TSAT010134
113	629.0000	PT	4176.0110	PLACA MCTA RODAC A 25 ° C (PT C - Lote:MTAR020156	MTAR020156
114	540.0000	UN	4233.0015	TSBPB - TSB+PIRUVATO+BETA EM T - Lote:TSBPB810010	TSBPB810010

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	35.98	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/23/2020 12:21:28 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	21.68	Pass	VFDOSSANTO VANESSA FERREIRA DOS SANTOS	07/23/2020 12:22:03 GMT

DOSAGEM DE 15 a 40 KGY URGENTE PRODUTO PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **JOICE SILVA INACIO**
Por:

Data/Date: 07/23/2020 14:59:53 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: **Conclusão de Ordem de Serviço**

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/23/2020 21:15:09 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3017916

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2707763
Nº SO: 2551102
NF Cliente/Cust. 37816 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

07/22/2020 14:24:00 GMT
CELL A