

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

R58480102

07/05/2021 20:30:53 GMT
Page 1 of 1
Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3403325

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:
Nº WO: 2919496
Nº SO: 2811248
NF Cliente/Cust. 41906 1

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 07/02/2021 13:25:00 GMT
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula: CELL A
Irradiation Cell:

SO Linha	Qty	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010340
103	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010339
104	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010338
105	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010337
106	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010336
107	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010335
108	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010343
109	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010341
110	440.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT010342
111	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSA010032
112	440.0000	PT	4004.0010	PLACA TSA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSA010033

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	29.96	Pass	MDESENA MARCIO SILVA DE SENA	07/05/2021 11:35:54 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	19.29	Pass	MDESENA MARCIO SILVA DE SENA	07/05/2021 11:36:33 GMT

DOSAGEM 15 A 40 KGY PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

 Eletronicamente Ass. ISABELLE C PEREIRA DA SILVA
 Por:

Data/Date: 07/05/2021 12:32:58 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço