

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

01/23/2025 20:30:15 GMT
 Page 1 of 2

Nome Cliente:	BIOCEN DO BRASIL LTDA	Planta de Processo:	Cotia	Nº WO:	3694647
Customer Name:		Processing Facility:		Nº SO:	3725487
Nº P.O.	3442815			NF Cliente/Cust.	63382 1
15 - 40 kGy		Tratamento Gama		Data/Hora - Irradiação:	01/22/2025 15:38:06 GMT
				Irradiation Date/Time:	
				Irradiação - Célula:	CELL A
				Irradiation Cell:	

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1236.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010579
103	453.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010580
104	453.0000	PT	4176.0010	MTA - AGAR MCTA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:MT	MTA010581
105	220.0000	PT	4004.0100	TSA EM PLACA CASSETE (PT C/10) - Lote:TS	TSA040056
106	687.0000	PT	4241.0010	30MTA - AGAR MCTA PLACA 90X15C/ 30ML (PT C/ 10) - Lote:30	30MTA010143
107	1236.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011282
108	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011283
109	1236.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011284
110	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011285
111	9.0000	CX	4145.0025	CLET - FRASCO PET DE 25ML C/ 9ML CX C/ 24 - Lote:CL	CLET480072
112	30000.0000	UN	5156.0010	SS GEL 10 IR P AGAR - Lote: 25 0078	Val 28/11/26 25

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	Signed By	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	31.36	Pass	RDEOLIVEIR ROBSON FELIX DE OLIVEIRA	01/23/2025 11:25:05 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	18.59	Pass	RDEOLIVEIR ROBSON FELIX DE OLIVEIRA	01/23/2025 11:25:23 GMT

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. LUCAS PAGANI
 Por:

Data/Date: 01/23/2025 12:15:49 GMT



Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

01/23/2025 20:30:15 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3442815

15 - 40 kGy

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 3694647
Nº SO: 3725487
NF Cliente/Cust. 63382 1

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

01/22/2025 15:38:06 GMT
CELL A

Electronically Signed

By: Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço