

**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com**

02/17/2025 17:31:04 GMT  
 Page 1 of 2

<b>Nome Cliente:</b>	<b>BIOCEN DO BRASIL LTDA</b>	<b>Planta de Processo:</b>	<b>Cotia</b>	<b>Nº WO:</b>	<b>3708916</b>
<b>Customer Name:</b>		<b>Processing Facility:</b>		<b>Nº SO:</b>	<b>3742186</b>
<b>Nº P.O.</b>	<b>3443522</b>			<b>NF Cliente/Cust.</b>	<b>63809 1</b>
<b>15 - 40 kGy</b>		<b>Tratamento Gama</b>		<b>Data/Hora - Irradiação:</b>	<b>02/14/2025 15:56:00 GMT</b>
				<b>Irradiation Date/Time:</b>	
				<b>Irradiação - Célula:</b>	<b>CELL A</b>
				<b>Irradiation Cell:</b>	

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	1766.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021791
103	1177.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021792
104	1177.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021793
105	647.0000	PT	4130.0110	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB020163
106	1236.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011296
107	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011297
108	321.0000	PT	4130.0010	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB010117
109	30000.0000	UN	5155.0230	SPOUCH PIC 145.230 IR P AGAR - Lote:25	25 0156 Val 13/09/26
110	15000.0000	UN	5164.0240	SPOUCH PIC 150.250 IR P AGAR - Lote:25	25 0157 Val 13/09/26

**Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary**

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	31.60	Pass	RDEOLIVEIR ROBSON FELIX DE OLIVEIRA	02/17/2025 11:13:45 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	18.65	Pass	RDEOLIVEIR ROBSON FELIX DE OLIVEIRA	02/17/2025 11:14:06 GMT

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

**Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.**

**Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.**

Eletronicamente Ass. LUCAS PAGANI  
 Por:

Data/Date: 02/17/2025 13:46:13 GMT

Electronically Signed  
 By:



**Certificado de Processo**  
**Certificate of Processing**

**UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA**  
**45.789.724/0002-85**  
**Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina**  
**TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com**

02/17/2025 17:31:04 GMT  
Page 2 of 2

**Nome Cliente:** BIOCEN DO BRASIL LTDA  
**Customer Name:**  
**Nº P.O.** 3443522

**Planta de Processo:** Cotia  
**Processing Facility:**

**Nº WO:** 3708916  
**Nº SO:** 3742186  
**NF Cliente/Cust.** 63809 1

15 - 40 kGy

**Tratamento Gama**

**Data/Hora - Irradiação:**  
**Irradiation Date/Time:**  
**Irradiação - Célula:**  
**Irradiation Cell:**

02/14/2025 15:56:00 GMT  
CELL A

**Motivo/Reason:** Conclusão de Ordem de Serviço