



Certificado de Processo

Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

05/15/2025 17:33:15 GMT
 Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **3446062**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **3761895**
 Nº SO: **3807086**
 NF Cliente/Cust. **65439 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 05/14/2025 15:23:00 GMT
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula: CELL A
 Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
101	618.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011327
103	1236.0000	PT	4097.0010	TSAP - AGAR TSA + PENASE PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:TS	TSAP010053
104	1030.0000	PT	4065.0010	MCTAP - AGAR MCTA+PENASE PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAP010114
105	858.0000	PT	4065.0010	MCTAP - AGAR MCTA+PENASE PLACA 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAP010115
106	1177.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021841
107	1177.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021842
108	338.0000	PT	4130.0010	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL 90X15 (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB010123
109	177.0000	PT	4130.0110	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB020170

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	30.40	Pass	MGDASILVA MAURICIO GAMA DA SILVA	05/15/2025 07:00:20 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	19.04	Pass	MGDASILVA MAURICIO GAMA DA SILVA	05/15/2025 07:00:54 GMT

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. **EDGAR SENHORINHO SILVA**
 Por:

Data/Date: 05/15/2025 12:10:43 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

05/15/2025 17:33:15 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3446062

15 - 40 kGy

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Tratamento Gama

Nº WO: 3761895
Nº SO: 3807086
NF Cliente/Cust. 65439 1

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

05/14/2025 15:23:00 GMT
CELL A