



Certificado de Processo

Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

06/05/2025 19:01:00 GMT
 Page 1 of 2

Nome Cliente: **BIOCEN DO BRASIL LTDA**
 Customer Name:
 Nº P.O. **3446671**

Planta de Processo: **Cotia**
 Processing Facility:

Nº WO: **3774275**
 Nº SO: **3822390**
 NF Cliente/Cust. **65846 1**

15 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
 Irradiation Date/Time:
 Irradiação - Célula:
 Irradiation Cell:

06/04/2025 13:46:00 GMT
 CELL A

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011338
103	1030.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011339
104	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011340
105	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011341
106	141.0000	PT	4110.0110	SDATL - SDA + LEC. + TWEEN80 PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:SD	SDATL020033
107	1471.0000	PT	4065.0110	MCTAP - AGAR MCTA+PENASE PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAP020105
108	647.0000	PT	4136.0110	TSARI - AGAR MCTA+TIOS.+L.HIST PL RODAC (PT C/ 10) - Lote:TS	TSARI020056
109	241.0000	PT	4232.0110	BETAP - MCTA+BETA+PIRUVATO PLACA RODAC (PT C/10) - Lote:BE	BETAP020043
110	1471.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021861
111	647.0000	PT	4130.0110	MCTAB - AGAR MCTA+BETALACTAMASE PL RODAC (PT C/10) - Lote:MC	MCTAB020172

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	28.48	Pass	MGDASILVA MAURICIO GAMA DA SILVA	06/05/2025 01:54:35 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	18.31	Pass	MGDASILVA MAURICIO GAMA DA SILVA	06/05/2025 01:55:09 GMT

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDGAR SENHORINHO SILVA
 Por:
 Electronically Signed

Data/Date: 06/05/2025 12:35:48 GMT



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

06/05/2025 19:01:00 GMT

Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3446671

15 - 40 kGy

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 3774275
Nº SO: 3822390
NF Cliente/Cust. 65846 1

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

06/04/2025 13:46:00 GMT

CELL A

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço