

Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

07/07/2025 18:15:57 GMT
 Page 1 of 2

Nome Cliente:	BIOCEN DO BRASIL LTDA	Planta de Processo:	Cotia	Nº WO:	3793166
Customer Name:		Processing Facility:		Nº SO:	3845598
Nº P.O.	3447563			NF Cliente/Cust.	66391 1
15 - 40 kGy		Tratamento Gama		Data/Hora - Irradiação:	07/04/2025 15:01:35 GMT
				Irradiation Date/Time:	
				Irradiação - Célula:	CELL A
				Irradiation Cell:	

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	647.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021880
103	1766.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021881
104	1177.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021882
105	647.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021883
106	647.0000	PT	4176.0110	MTAR - AGAR MCTA EM PLACA RODAC (PT C/ 10) - Lote:MT	MTAR021884
107	647.0000	PT	4136.0110	TSARI - AGAR MCTA+TIOS.+L.HIST PL RODAC (PT C/ 10) - Lote:TS	TSARI020058
108	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011365
109	1442.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011366
110	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011367
111	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011368
112	1236.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011369
113	453.0000	PT	4175.0010	TSAT - AGAR TSA EM PLACA 90X15 (PT C/ 10) - Lote:TS	TSAT011370
114	22500.0000	UN	5164.0240	SPOUCH PIC 150.250 IR P AGAR - Lote:25	25 0933 Val 08/11/25

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Maxima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	31.05	Pass	CRUIVO CLEYTON DOS SANTOS RUIVO	07/05/2025 01:10:37 GMT
450.00	Dose Minima	15.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	18.13	Pass	CRUIVO CLEYTON DOS SANTOS RUIVO	07/05/2025 01:11:06 GMT

DOSAGEM 15 a 40 kGy - PRODUTO URGENTE PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.
 Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the



Certificado de Processo
Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 3540-0600 FAX 11 3540-0600 www.sterigenics.com

07/07/2025 18:15:57 GMT
Page 2 of 2

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 3447563

15 - 40 kGy

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 3793166
Nº SO: 3845598
NF Cliente/Cust. 66391 1

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:
Irradiação - Célula:
Irradiation Cell:

07/04/2025 15:01:35 GMT
CELL A

dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. LUCAS PAGANI
Por:

Data/Date: 07/07/2025 12:30:58 GMT

Electronically Signed
By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço