



Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA
45.789.724/0002-85
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

07/21/2017 16:39:59 GMT
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA
Customer Name:
Nº P.O. 182415

Planta de Processo: Cotia
Processing Facility:

Nº WO: 2003915
Nº SO: 1734841
NF Cliente/Cust. 25800 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação:
Irradiation Date/Time:

07/18/2017 14:48:00 GMT

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C/ - Lote:TSAT70171	TSAT70171
103	900.0000	UN	00979	ESLE BOLSA DE COLETA 1500ML - Lote:LE030617	LE030617

Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	-----Signed By----- User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	23.99	Pass	FOLIVEIRA FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA	07/19/2017 11:48:15 GMT
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy Reason Code Teste	40.00 kGy	37.24	Pass	FOLIVEIRA FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA	07/19/2017 11:49:07 GMT

DOSAGEM 20KGy - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.

Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. FERNANDA DE FATIMA OLIVEIRA
Por:

Data/Date: 07/19/2017 11:50:19 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço