



# Certificado de Processo Certificate of Processing

UNIDADE DE ESTERILIZAÇÃO COTIA LTDA  
45.789.724/0002-85  
Av Cruzada Bandeirantes 290 Vila Jovina  
TEL 11 4417-1344 FAX 11 4417-1344 www.sterigenics.com

R58480102

09/21/2017 13:06:25 GMT  
Page 1 of 1

Nome Cliente: BIOCEN DO BRASIL LTDA  
Customer Name:  
Nº P.O. 383122

Planta de Processo: Cotia  
Processing Facility:

Nº WO: 2046688  
Nº SO: 1780199  
NF Cliente/Cust. 26411 1

20 - 40 kGy

Tratamento Gama

Data/Hora - Irradiação: 09/19/2017 14:25:45 GMT  
Irradiation Date/Time:  
Irradiação - Célula: CELL A  
Irradiation Cell:

SO Linha	Qtd	UN	No. Item do Cliente	Descrição do Item	No. Lote do Cliente
SO Line #	Qty	UOM	Customer Item Number	Customer Item Description	Customer Lot Number
102	420.0000	PT	4175.0010	PLACA TSA 90X15 A 25 .C (PT C/ - Lote:TSAT70192	TSAT70192

### Resumo – Teste de Qualidade / Quality Test Summary

Nº OP	Descrição – Teste de Qualidade	Espec. Mínima	Espec. Máxima	Resultado	Aprov/Reprov	Usuario	Data/Hora
Op#	Quality Test Description	Minimum Spec	Maximum Spec	Result	Pass/Fail	User	Date /Time
450.00	Dose Mínima	20.00 kGy	40.00 kGy	21.54	Pass	JINACIO	09/20/2017 17:14:43 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	
450.00	Dose Máxima	20.00 kGy	40.00 kGy	32.43	Pass	JINACIO	09/20/2017 17:15:24 GMT
		Reason Code Teste				JOICE SILVA INACIO	

DOSAGEM 20KGY - URGENTE - PERECIVEL

Sterigenics certifica que os materiais listados acima (conforme descrito pelo cliente) receberam as doses indicadas, dentro da precisão e exatidão do sistema dosimétrico empregado.  
Sterigenics certifies that the materials listed above (as described by the Manufacturer) received the indicated doses within the precision and accuracy of the dosimetry system employed.

Eletronicamente Ass. EDUARDO SANTANA GONCALVES  
Por:

Data/Date: 09/20/2017 18:20:34 GMT

Electronically Signed

By:

Motivo/Reason: Conclusão de Ordem de Serviço